

Codice	Descrizione
PRACTICA EP39	Carrozzina ad autospinta misura 39
PRACTICA EP42	Carrozzina ad autospinta misura 42
PRACTICA EP45	Carrozzina ad autospinta misura 45
PRACTICA EP48	Carrozzina ad autospinta misura 48
PRACTICA EP51	Carrozzina ad autospinta misura 51

Descrizione ed indicazioni

Carrozzine ad autospinta con telaio stabilizzante, pieghevole in acciaio e braccioli desk ribaltabili indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

Le misure 39, 42 e 45 sono dotate di crociera singola. Le misure 48 e 51 sono equipaggiate di doppia crociera.

- Ruote posteriori piene fisse.
- Pedane estraibili e regolabili.
- Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
- Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.
- Freni registrabili in acciaio.
- Mancorrenti in acciaio verniciato.
- Maniglie di spinta in materiale plastico.
- Colore nero martellato.

**Materiali componenti**

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	PVC imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU morbido
Poggiapiedi	Plastica
Fascia ferma-gambe	Nylon

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
 Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

Dati tecnici

Portata misure 39, 42 e 45	120 kg
Portata misure 48 e 51	140 kg
Diametro tubi telaio	22 mm
Diametro tubi crociera	26 mm
Diametro ruote posteriori	600 mm
Diametro ruote anteriori	200 mm con spessore 25 mm

Seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Peso
39 cm	58 cm	50 cm	da 19 kg
42 cm	61 cm	50 cm	da 19 kg
45 cm	64 cm	50 cm	da 19 kg
48 cm	67 cm	50 cm	da 19 kg
51 cm	70 cm	50 cm	da 19 kg

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
 Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
Tele	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. Controllare periodicamente lo stato generale e la funzionalità dei perni.
Mancorrenti	Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
Braccioli	Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
Poggia-piedi	Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
Bulloneria	Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND	Y122106
Repertorio	PRACTICA EP39 1146845/R
	PRACTICA EP42 1146883/R
	PRACTICA EP45 1146884/R
	PRACTICA EP48 1146885/R
	PRACTICA EP51 1146886/R

Produttore INTERMED srl

Accessori dedicati

PE-20P	Pedane elevabili misura 39
PE-20	Pedane elevabili misura 42, 45, 48 e 51
PE-11D	Bracciolo lungo destro
PE-11S	Bracciolo lungo sinistro

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

